Nuklearmedizinische Diagnostik

Stephan Scheidegger
2014

Ziele



- grundlegende (bio)-physikalische und technische Prinzipien beschreiben können
- die wichtigsten diagnostischen Verfahren und deren Anwendungen kennen

Inhalt



- Überblick
- physikalische Grundlagen (Zerfallsarten)
- physiologische Grundlagen
- Szintigraphie
- Emissions-Computertomographie
- Literatur

Überblick



Medizinische Anwendungen

- Diagnostik
- Therapie

Überblick



Auch
Schnittbildverfahren
möglich

- CT
- MRI
- US
- PET / SPECT

Überblick

Tracer - Prinzip

- Funkionsdiagnostik!
- bestimmt durch biochemische und biophysikalische Prozesse

Physikalische Grundlagen



- Zerfall instabiler Atomkerne
- Energieabgabe durch Strahlung (α, β, γ)
- Tochterkern stabil oder instabil (Zerfallsketten)

β^- - Zerfall



- n(udd)
- Umwandlung
  d → u + e^-
- p(uud)

β^+ - Zerfall



- p(uud)
- Umwandlung
  u → d + e^+
- n(udd)
- geht nur mit $E = mc^2$!
- Masse eines Positrons äquiv. zu 511 keV

γ- Zerfall



- Nach β-Zerfall angeregter Kern
- Energiefreisetzung bei Abregung
- Photon

Physiologische Grundlagen

Grundprinzipien für Lokalisation (nur wenige Beispiele)

- aktiver Transport (NaJ, TcO_4, bei Schilddrüse)
- Phagozytose (Kolloide, RES von Leber und Milz)
- Diffusion (Sr-Nitrat, ^{18}F als Fluorid: Knochenumbauzonen)
- Metabolismus (Hormone: Nebenniere)

Physiologische Grundlagen

einige Radionuklide

- ^{51}Cr: phys. HWZ 27.7d
- ^{99m}Tc: phys. HWZ 6.02 h
- ^{123}I: phys. HWZ 13.2 h, biol. HWZ 80 d
- ^{125}I: phys. HWZ 60.14 d, biol. HWZ 80 d
- ^{131}I: phys. HWZ 8.04 d, biol. HWZ 80 d



Szintigraphie



Ziel von Messungen

- Aktivitätsbestimmung (momentan und zeitabhängig)
- Aktivitätsverteilung

Szintigraphie



Gammakamera

- Aktivitätsverteilung führt zu diffuser Intensitätsverteilung auf Bild
- Lösung: Abtasten des Körpers mit Detektor mit Kolimator
- oder Angerkammera

Szintigraphie

Angerkammera
(Anger, 1960)



Szintigraphie



Problem Lokalisation

- 1 Photon wird in Licht umgewandelt
- Streuung im Szintillator
- Lichtverteilung mit Maximum (Schwerpunkt)



Szintigraphie

Anwendungen

- Schilddrüsenfunktion (Radiojod, ^{99m}Tc)
- Skelettszintigraphie (^{99m}Tc)
- Herzuntersuchung (^{201}Tl)

R V L
L D R





Emissionscomputertomographie



Verfahren

- SPECT
- PET

- SPECT-CT





Emissionscomputertomographie



SPECT (Single Photon Emission CT)

- Detektor (Photonenzähler) mit starker Kollimation
- durch Kollimation Aufnahme von Projektionen möglich (analog CT)

Emissionscomputertomographie



Vorteile von SPECT

- Bei Verwendung von Anger-Kammeras direkt Volumendatensatz messbar

Emissionscomputertomographie



Nachteile von SPECT

- Strahler: Schwere, nicht natürlicherweise im Körper vorkommende Elemente

Emissionscomputertomographie



Nachteile von SPECT

- Ortsauflösung durch Kollimatoren bestimmt
- Abschwächung der Strahlung nur bedingt korrigierbar (deshalb ART-Algorithmus)

Emissionscomputertomographie



Nachteile von SPECT

- Ausbeute beim Messen der Strahlung gering (Rauschen, Messzeit!)

Emissionscomputertomographie

PET (Positronen-Emissions-Tomographie)

- Grundprinzip: Koinzidenz
- Vorteil: Kein Kollimator nötig



Emissionscomputertomographie

PET (Positronen-Emissions-Tomographie)

- Strahlenquelle: Positronenemitter (β^+-Zerfall)



Emissionscomputertomographie

PET (Positronen-Emissions-Tomographie)

- Messung: Annihilationsstrahlung



Emissionscomputertomographie



Emissionscomputertomographie

PET (Positronen-Emissions-Tomographie): Nuklide

- ^{11}C: HWZ 20.3 min
- ^{13}N: HWZ 10 min
- ^{15}O: HWZ 2 min
- ^{18}F: HWZ 109.7 min
- ^{19}Ne: HWZ 17 s
- ^{55}Co: HWZ 17.5 h

Emissionscomputertomographie

PET (Positronen-Emissions-Tomographie)

- Koinzidenztor (Intervall) durch Szintillator beeinflusst (günstig: NaI, CsF, BGO = $Bi_4Ge_3O_{12}$)



Emissionscomputertomographie



PET (Positronen-Emissions-Tomographie)

- effiziente Messung: Detektorring

Emissionscomputertomographie

Anwendungen von PET

- Neuropharmakologie (^{18}F-fluorodopamin)
- Pathophysiologie des Hirns (^{18}F-FDG)
- Tumordiagnostik (^{11}C-methionin, ^{18}F-FDG, ^{52}Fe, ^{82}Rb)
- Kardiologie, Nephrologie (^{18}F-FDG)

Emissionscomputertomographie

PET-CT

- Kombination (Bildfusion) von PET & CT bringt detaillierte anatomische Information mit Funktionsdiagnostik zusammen
- zunehmende Alternative: f-MRI
- PET MRI

Emissionscomputertomographie

QS
PET-CT



Emissionscomputertomographie



PET-MRI

Literatur



- Webb, S.: The Physics of Medical Imaging, Medical Science Series
- Krestl. E.: Bildgebende Systeme für die medizinische Diagnostik. Verlag Siemens
- Scheidegger S. (2002): Physikalische Grundlagen der Dosimetrie im Strahlenschutz. Paul Scherrer Institut